

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE BASILICATA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA**

Deliberazione n. 1371 del 24 DIC. 2010

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA, APPARATO RESPIRATORIO E UROGENITALE" IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA: GARA N. 590163 - RETTIFICA CAPITOLATO.**

**IL DIRETTORE GENERALE Dr. Vito Nicola GAUDIANO**  
con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Rocco IERONE  
e del Direttore Sanitario Dr. Giuseppe MONTESANO

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 233 del 25.2.2010 veniva approvato il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, il bando di gara ed il prospetto riepilogativo con gli importi a base d'asta per ciascun lotto;
- con deliberazione n. 1275 del 3.12.2010 veniva rettificato il Disciplinare e Capitolato di gara, dando risposta ai chiarimenti da parte di alcune ditte interessate;

**CONSIDERATO** che alcune ditte hanno chiesto chiarimenti per i quali si rende necessario apportare ulteriori rettifiche al Disciplinare e Capitolato di gara, per consentire una larga partecipazione da parte delle ditte che hanno manifestato l'intento di presentare l'offerta;

**DATO ATTO** che le risposte ai chiarimenti, allegate al presente provvedimento per farne parte integranti e sostanziali, sono state inviate alle ditte richiedenti e saranno pubblicate sul sito aziendale, insieme all'atto deliberativo;

**RITENUTO** di dover rettificare il Disciplinare e Capitolato di gara secondo le risultanze di cui alla risposta ai quesiti / chiarimenti;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli manifestati sul presente atto dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per le rispettive competenze, ai sensi dell'art.18 della L.R. 31.10.2001, n.39, con le firme apposte in calce al presente provvedimento;

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di **rettificare** il Disciplinare e Capitolato di gara secondo le risultanze di cui alle risposte, allegate al presente provvedimento, ai quesiti delle ditte seguenti:
  - a) Prot. 20100055863 del 3.11.2010 della ditta Covidien Italia spa;
  - b) Prot. 20100068578 del 21.12.2010 della ditta Cardiogamma srl;
  - c) Prot. 20100068579 del 21.12.2010 della ditta EB Neuro spa;
  - d) Prot. 20100068581 del 21.12.2010 della ditta Pall Italia srl;
  - e) Prot. 20100068423 del 21.12.2010 della ditta Tecnolife srl;
  - f) Prot. 20100068475 del 21.12.2010 della ditta For Hospital srl;

- 2) di **dare atto** che tutte le eventuali certificazioni di conformità alle norme UNI EN inserite nel Capitolato e che sono state ritirate ovvero sostituite vanno rettificate con le norme vigenti;
- 3) di **precisare** che le basi d'asta dei lotti variati, a seguito delle richieste di chiarimenti da parte delle ditte partecipanti, le stesse vanno adeguate sia per gli importi dei lotti a base di gara, sia per il versamento della cauzione provvisoria;
- 4) di **dare atto** che resta invariato tutta la restante parte della deliberazione n.233 del 25.2.2010, che approva il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico, modificata con delibera di rettifica n. 1275 del 3.12.2010;
- 5) di **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di provvedere, in quanto è prossima la scadenza della presentazione delle domande di offerta.

MN/

Estensore  
*M. Acciari*

U.O. Responsabile della Sanità  
Il Dirigente  
*(Giuseppe Bruno TACCARDI)*

UNITA' OPERATIVA ECONOMICO - FINANZIARIA

- Assunto budget numero piano dei conti \_\_\_\_\_
- Assunto budget sul bilancio pluriennale 20\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ - per € \_\_\_\_\_
- La liquidazione di € \_\_\_\_\_ sul budget \_\_\_\_\_ - conto n. \_\_\_\_\_ - rientra nell'ammontare del budget assunto con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Dirigente Responsabile

Il Direttore Sanitario  
Dr. Giuseppe MONTESANO  
*Giuseppe Montesano*

Il Direttore Generale  
Dr. Vito Nicola GAUDIANO  
*Vito Nicola Gaudiano*

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Riccardo IERONE  
*Riccardo Ierone*



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda il giorno 27 DIC. 2010 e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Matera, 27 DIC. 2010

Il Funzionario  
*Rosalia Ruggieri*  
Rosalia RUGGIERI

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 517/521

Allegato alla delibera  
N° 1371 del 24 DIC. 2010

Prot. n. 20100055863  
Cl 01.03.22

75100 Matera, **03 NOV. 2010**  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Fax n. 02 70317.317

Ditta COVIDIEN Italia spa  
Via Rivoltana 2/D  
20090 RIVOLTANA (MI)

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA, APPARATO RESPIRATORIO E UROGENITALE” IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA: NR. GARA 589089 - risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 25.10.2010 si riporta quanto segue:

- 1) *Domanda:* Lotti 91 – 92 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102: in riferimento alla vostra richiesta relativa ai connettori che devono essere provvisti di codice colore per consentire l'identificazione dei cateteri di aspirazione, si richiede che possa essere eliminata questa dicitura poiché identificano caratteristiche specifiche di una sola azienda commerciale.

Lotto 111: richiesta la misura 5.

Riteniamo a questo proposito che si tratti di un refuso di stampa poiché in commercio non esiste la misura 5 su questo presidio.

*Risposta:* I lotti citati restano invariati. La specificazione non identifica una ditta: per motivi di sicurezza l'operatore con il codice colore riesce ad identificare il dispositivo. Ciascuna ditta partecipante è libera di scegliere quale colore o gruppo di colore utilizzare.

La misura 5 per il lotto 111 va eliminata.

Distinti saluti.

H Dirigente  
Dr. ssa Maria Eva Taccardi

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 517/521

Prot. n. 20100068578  
Cl 02.03.22

75100 Matera, 21 DIC. 2010  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Cardiogamma srl  
C.da Rifreddo snc  
85100 **POTENZA**

Fax n. 0971 489906

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA, APPARATO RESPIRATORIO E UROGENITALE" IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA: NR. GARA 590163 - risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 3.12.2010 si riporta quanto segue:

1) *Domanda:*

Lotto 132 Catetere Mount girevole per Anestesia – CND R020201

Richiedete la disponibilità di diverse lunghezze: 10, 15 e 50 cm, circa.

Presumiamo che per la misura 50 cm ci possa essere un errore, desidereremmo avere conferma di ciò.

Ringraziando anticipatamente si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*Risposta:* La misura di 50 cm va rettificata in 5 cm.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dr.ssa Maria Bea Taccardi

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 517/521

Prot. n. 20100068573  
Cl. 04.03.22

75100 Matera, 21 DIC. 2010  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta EB Neuro spa  
Ufficio Gare  
Via P. Fanfani 97/A  
50127 **FIRENZE**

Fax n. 055 4565123

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA, APPARATO RESPIRATORIO E UROGENITALE” IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA: NR. GARA 590163 - risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento ai vs. fax del 10.12.2010 e del 13.12.2010 si riporta quanto segue:

*Domanda:*

**LOTTO 78**

**Catetere per profilo pressorio uretrale a 2 vie – CND U050301**

Catetere per profilo pressorio uretrale in PVC, o altro materiale idoneo, **tri lume**, calibro 8-9-10 F, lunghezza 400 mm ± 50, raccordo adattabile ai vari apparecchi  
Monouso, in singola confezione sterile.

In definitiva vorremmo che specificaste se i cateteri devono essere a 2 vie (come indicato nella prima definizione) o a 3 vie/tri lume, come successivamente specificato)

*Risposta:* I cateteri dovranno essere bi lume.

*Domanda:*

Con riferimento al bando in oggetto, rilevato l'importo a base d'asta del lotto N. 77 anormalmente basso rispetto ai prezzi medi di mercato nazionale, si richiede se fosse possibile modificare la base d'asta.

*Risposta:* La base d'asta unitaria del lotto 77 va rettificata in € 18,00 (complessivamente € 19,800).

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dr.ssa Maria Eva Faccarri

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 517/521

Prot. n. 20100068581  
Cl 01.03.22

75100 Matera, 21 DIC. 2010  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Pall Italia srl  
Ufficio Gare

Fax n. 02 4880014                      20090 BUCCINASCO (MI)

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA, APPARATO RESPIRATORIO E UROGENITALE" IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA: NR. GARA 590163 - risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento alla vs. e-mail del 15.12.2010 si riporta quanto segue:

*Domanda:*

- 1) Lotto 149 - Filtro meccanico HME - Voce B "Filtro meccanico HME BB": cosa si intende per la sigla "BB"?
- 2) per poter partecipare al lotto 149 bisogna rispondere sia alla voce A sia alla voce B?

*Risposta:* 1) La sigla BB è intesa pediatrica.  
2) Sì

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dr.ssa Maria Eva Falcardi



REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 20100068423  
el. 02.03.22

75100 Matera, 21 DIC. 2010  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Fax n. 0971 470418

Alla ditta Tecnolife s.r.l.  
Viale del Basento 118  
85100 POTENZA

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
“DISPOSITIVI MEDICI PER USO COMUNE” IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE  
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 589089- risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 9.12.2010 si riporta quanto segue:

*Domanda:*

- I Vs. Disciplinari di Gara, alla posizione “E” di cui all’art. 18 “Contenuto della Busta A”, chiedono il rilascio del “*Certificato di Conformità UNI EN ISO 9000 della Ditta Produttrice*”;

Poiché alcuni Produttori da noi rappresentati non sono in possesso della Certificazione sopra detta, ma con Autodichiarazione certificano che “i loro dispositivi sono prodotti nei propri stabilimenti in osservanza alle Norme di Buona Fabbricazione secondo GMP ed in particolare sono sottoposti secondo le procedure di un manuale interno per la garanzia della qualità, a controlli qualitativi conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2000 ed UNI CEI EN ISO 13485:2002; che i loro dispositivi medicali di classe I sterile o superiore sono fabbricati inoltre secondo un sistema di produzione che ha ottenuto “l’approvazione del Sistema di

garanzia della Qualità della Produzione e/o della Sterilizzazione secondo l’Allegato V della Direttiva Europea 93/42/CEE recepita con D. Lvo n. 46 del 24.02.1997; che tale sistema di Garanzia della Qualità è stato approvato dall’Istituto Superiore di Sanità - Roma con i seguenti certificati: .....”;

Vi chiediamo di volerci comunicare se detta autocertificazione verrà ammessa come valida in sede di Gara, invece della Certificazione UNI EN ISO 9000 sopra detta.

*Risposta:* Si richiama quanto previsto nell’art. 18 lettera E del Disciplinare di gara e art. 43 del 163 del 12.4.2006 sulle norme di garanzia della qualità.

*Domanda:*

- Relativamente al Lotto 161 di cui alla Gara "Disp. Medici per Drenaggi e Disp. Di Protezione - Nr. 590833", Vogliate cortesemente comunicarci se le dimensioni dei prodotti componenti le voci "A" e "B" siano state per mero errore da Voi indicate in cm. anziché in mm. .

*Risposta:* Lotto 161 Gara "Dispositivi Medici per Drenaggi e Dispositivi di Protezione" - Le dimensioni dei prodotti componenti le voci A e B sono da rettificare in mm., anziché in cm.

*Domanda:*

- Relativamente al Lotto 58 di cui alla Gara "Dispositivi Medici per Uso Comune - Nr. 589089", Vogliate comunicarci se anche per le voci C e D la descrizione vada letta come "Tipo Littman", così come da Voi previsto alle voci A e B facenti parte dello stesso lotto .

*Risposta:* Lotto 58 Gara "Dispositivi Medici per uso comune" - Le voci C e D sono integrate con "Tipo Littman".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)



REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 20100068475  
el. 02.03.22

21 DIC. 2010  
75100 Matera,  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Fax n. 0971 442121

Alla ditta For Hospital srl  
C.da Malvaccaro 68  
85100 POTENZA

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
“DISPOSITIVI MEDICI .....” IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE  
SANITARIE DELLA REGIONE.**

Con riferimento al vs. fax del 2.12.2010 si riporta quanto segue:

*Domanda:* Si chiede cosa si intende per “campionatura multipla”, visto che per alcuni lotti la consegna dei campioni richiesti risulterebbe onerosa.  
Si chiede altresì se è possibile la presentare campionatura DEMO.

*Risposta:* La campionatura, ove richiesta, suddivisa per lotti di partecipazione, va spedita possibilmente insieme al plico dell’offerta all’indirizzo previsto nel Disciplinare.  
Non è motivo di esclusione il modo di spedizione o la data di spedizione. E’ importante che pervengano sia l’offerta che la campionatura nei termini fissati dal bando.  
Per confezione multipla originale per misura dovrà essere intesa che la ditta dovrà presentare almeno un pezzo nella sua confezione primaria e per le misure richieste come da Capitolato, ciascuno nella confezione originale di vendita.  
Qualora la Commissione, per i lotti che riterrà opportuno, potrà richiedere ulteriore campionatura.  
Non è possibile presentare campionatura DEMO.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)