

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 - Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 20110001886  
el. 02.03.22

11 GEN. 2011  
75100 Matera,  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Ingrande Domenico srl  
Via dello Stadio 5  
53042 CHIANCIANO Terme (SI)

Fax n. 0578 320755

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE" IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 - Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento alla vs. e-mail del 10.01.2011 si riporta quanto segue:

*Domanda:* **LOTTO 161** Posizionatori antidecubito per sala operatoria V9099 - Posizionatori in gel racchiuso in un contenitore confortevole ed elastico e con base antiscivolo, capaci di ridurre la pressione dei pazienti sul tavolo operatorio nelle varie attività chirurgiche.

Si richiedono:

- A. Protezione per la zona sacrale cm 400x380x25 ca
- B. Protezione per l'arto inferiore cm 515x180x35 ca

DOMANDA:

**Le misure indicate sono corrette? non è che avete indicato erroneamente "cm", invece di "mm"?**

*Chiediamo questo chiarimento in quanto ci risulta strano che necessitate di protezioni lunghe oltre 4 e 5 metri.*

*Risposta:* La misura indicata in cm è errata, la dizione esatta è in mm.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 -- Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 2040001887  
el. 01.03.22

11 GEN. 2011  
75100 Matera,  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Fax n. 0971 470418

Alla ditta Tecnolife s.r.l.  
Viale del Basento 118  
85100 POTENZA

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE" IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 - Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 23.12.2010 si riporta quanto segue:

*Domanda:*

- Relativamente al Lotto 158 da un'indagine di mercato da noi effettuata ci risulta che le misure da Voi richieste alle posizioni B (tappeto cm 60x115), posizione E (tappeto cm 60x90-95 ca) e posizione F (tappeto cm 90x90-95 ca) non sono reperibili presso i maggiori produttori di tale materiale.

Vogliate cortesemente comunicarci se i prodotti componenti le voci "B", "E" ed "F" sono di Vs. reale necessità o in caso contrario se fosse possibile la loro cancellazione dal lotto.

*Risposta:* Le caratteristiche del lotto 158 restano invariate.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 - Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 20110001888  
el. 02.03.22

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Betatex spa  
Via Viale Europa - Z. I.  
06080 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG)

Fax n. 075 8004972

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE" IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 - Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 29.12.2010 si riporta quanto segue:

1) *Domanda:*

ALL'OBBLIGATORIETA' DEL SOPRALLUOGO, IN QUANTO, SECONDO QUANTO RIPORTATO NEL CAPITOLATO DI GARA, NON PREVEDE NESSUN TIPO DI CONDIZIONE PARTICOLARE (ES: GESTIONE IN SERVICE - CONTO DEPOSITO - SCORTE DI MAGAZZINO E QUANT'ALTRO) PER CUI SIA RESA NECESSARIA TALE TIPOLOGIA DI VISTA.

DATO QUANTO SOPRA DETTO, CHIEDO NUOVAMENTE SE TALE CONDIZIONE E' MOTIVO DI ESCLUSIONE SE TALE SOPRALLUOGO NON DOVESSE ESSERE EFFETTUATO.

*Risposta:* Affinché i concorrenti possano prendere piena conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, nonché prendere atto delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulle forniture oggetto dell'appalto e sul costo delle stesse, **dovranno dichiarare** di aver preso visione dei luoghi ove sarà consegnato il materiale oggetto di gara.

Per coloro che intendono visionare i locali ove sarà consegnato il materiale oggetto di gara, possono prendere accordi direttamente con i Responsabili del Dipartimento Farmaceutico delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata (Ospedale San Carlo di Potenza, Ospedale di Matera, Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture e Azienda Sanitaria di Potenza,...).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva VACCARDI)

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 2040001899  
el. 02.03.22

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Fax n. 075 8004972  
06080 Ditta Betatex spa  
Via Viale Europa – Z. I.  
Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG)

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE” IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 – Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento alla vs. e-mail del 5.01.2011 si riporta quanto segue:

*Domanda:* Presentazione della campionatura.

*Risposta:*

La campionatura, ove richiesta, suddivisa per lotti di partecipazione, va spedita possibilmente insieme al plico dell'offerta all'indirizzo previsto nel Disciplinare. Non è motivo di esclusione il modo di spedizione o la data di spedizione. E' importante che pervengano sia l'offerta che la campionatura nei termini fissati dal bando. Per confezione multipla originale per misura dovrà essere intesa che la ditta dovrà presentare almeno un pezzo nella sua confezione primaria e per le misure richieste come da Capitolato, ciascuno nella confezione originale di vendita.

La Commissione, per i lotti che riterrà opportuno, potrà richiedere ulteriore campionatura.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 - Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 20110001800  
el. 02.03.22

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Fax n. 055 340112  
50019 Ditta Care Fusion Italy srl  
Via Ticino 4  
**SESTO Fiorentino (FI)**

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE" IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 - Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. e-mail del 27.12.2010 e fax del 29.12.2010 si riporta quanto segue:

*Domanda:*

**Art. 24 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**  
A) - Garanzia provvisoria

La garanzia prevista può essere ridotta del cinquanta per cento, in quanto la CareFusion Italy 208 S.r.l. si trova nella condizione prevista dal comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs 163/2006?

*Risposta:* Sì, allegando le certificazioni di qualità.

*Domanda:* in riferimento alla campionatura presentata per la gara in oggetto, informiamo questa Spett.le amministrazione di aver presentato campionatura **NELLA CONFEZIONE PRIMARIA ED ORIGINALE DI VENDITA, CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI.**

Si chiede conferma che quanto sopra indicato corrisponda alle Vs. esigenze e richieste nei chiarimenti ricevuti.

*Risposta:* La campionatura sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 517/521

Prot. n. 20110001801  
Cl. 01.03.22

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta SMITH & NEPHEW srl  
Via De Capitani 2/a  
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Fax n. 039 6094303

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE” IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 – Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento alla vs. e-mail del 5.01.2011 si riporta quanto segue:

*Domanda:* Modulo “Allegato A” – Dichiarazione sostitutiva in riferimento al punto n.10, in cui è richiesto il *nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta /impresa stessa*, si chiede conferma che intendiate il nominativo della persona che rappresenterà la nostra Società in caso di eventuale sottoscrizione del contratto presso la Vostra sede. In caso di risposta positiva, è necessario che tale persona sia munita di procura oppure sarà sufficiente una delega?

*Risposta:* La ditta dovrà indicare il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta /impresa stessa.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)

MN/

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 517/521

Prot. n. 20110001802  
Cl 02.03.22

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Fax n. 0971 651563

Alla ditta Medical Center MG s.r.l.  
C.da Santa Alojja  
85050 TITO SCALO (PZ)

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE” IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 – Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 4.01.2011 si riporta quanto segue:

Domanda:

**LOTTO 13 – Sistema di aspirazione per ortopedia**

E' stata fissata una base d'asta di € 100,00 per n. 100 pezzi annui (€ 1,00 cad. pezzo)

Sulla base della valutazione dei prezzi di mercato, il prezzo a base d'asta non è congruo

**DOMANDA:**

Si chiede di verificare la base d'asta

*Risposta:* L'importo a base d'asta del lotto 13 resta invariato.

Domanda:

**LOTTO 75 – Guanti di protezione in lattice per oncologia -**

Voce A – Non sterili, pala n. 15.000

Voce B – Sterili, pala n. 5.000

E' stata fissata una base d'asta per l'intero lotto di € 20.000,00 (€ 1,00 cad. pezzo)

Sulla base della valutazione dei prezzi di mercato, il prezzo a base d'asta non è congruo

**DOMANDA:**

Si chiede di verificare la base d'asta

*Risposta:* L'importo a base d'asta del lotto 75 resta invariato.

Domanda:

**LOTTO 156- Sistema di riscaldamento paziente**

Voce A - Telo riscaldante riutilizzabile n. 200 pz

Voce B - Telo copertura monouso n. 4.000 pz

Non troviamo corrispondenza tra i teli riscaldanti riutilizzabili del valore commerciale di circa € 1.750,00 cadauno ed il numero di teli monouso da utilizzare con i teli riscaldanti

Infatti, considerato che 1 telo riscaldante viene utilizzato mediamente per circa 200 interventi l'anno, riteniamo che il numero corretto per i teli copertura richiesti è di circa n. 20 teli riscaldanti

**DOMANDA:**

Si chiede pertanto di confermare quanto da noi evidenziato e di rettificare la quantità della voce A)

*Risposta:* L'importo a base d'asta del lotto 156 resta invariato.

Domanda:

**LOTTO 159 - Tappeti superassorbenti**

Voce A - Tappeto superassorbente cm. 90x50 mt ca, rotoli

Voce B - Tappeto superassorbente cm. 90x180 cm ca

Sulla base della valutazione dei prezzi di mercato, i prezzi a base d'asta non sono congrui infatti il prezzo di mercato al mq con le caratteristiche tecniche da Voi richieste è di circa € 4,00 al mq

Inoltre c'è una notevole differenza di prezzo a base d'asta posta in essere tra la Voce A e la Voce B

Considerato che il tappeto della Voce B nella mis. 90x180 ha un prezzo unitario a base d'asta di € 5,60 ne consegue che il prezzo al mq è di circa € 3,40

Dalla valutazione della Voce B ne consegue che 1 rotolo della voce, rispettando la stessa base d'asta in essere per la Voce B, sarebbe di circa € 170,00 unitario che moltiplicato per n. 200 rotoli richiesti, si avrebbe una base d'asta di circa € 34.000,00 contro i € 600,00 posti in gara

**DOMANDA:**

Si chiede pertanto di rivedere la voce A e B inserendo una base d'asta complessiva di almeno € 45.000,00 o di rettificare le quantità richieste in gara a noi evidenziato e di rettificare la quantità della voce A)

*Risposta:* L'importo a base d'asta del lotto 159 resta invariato.

Distinti saluti.



MN/

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)



REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 -- Fax 0835 253 517/521

Prot. n. 20110001803  
Cl 02.0322

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Esse. Gi. Esse. srl  
Via Piave 16  
61040 CASTELVECCHIO DI MONTE PORZIO (PU)

Fax n. 0721 956745

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE" IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 - Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 6.01.2011 si riporta quanto segue:

Domanda:

Con presente vorremmo richiederVi i seguenti chiarimenti in merito ai requisiti tecnici minimi dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA

1 VALIDITA' TEST 12 MESI v. pag. 20 del Disciplinare di Gara

I test sono stati effettuati in data superiore a 12 mesi ma i prodotti sono garantiti dal Certificato CE Assicurazione Qualità fatto con cadenza entro i 12 mesi da Organismo Notificato.

Sono ritenuti validi tali documenti?

*Risposta:* La Validità dei test resta quella prevista dal Capitolato.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)

MN/

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 517/521

Prot. n. 20110001804  
Cl. 02.03.22

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Nacatur International srl  
Via Piave 12

61040 CASTELVECCHIO DI MONTE PORZIO (PU)

Fax n. 0621 955681

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE” IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 – Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 5.01.2011 si riporta quanto segue:

Domanda:

Con la presente vorremmo richiederVi i seguenti chiarimenti in merito ai requisiti tecnici minimi dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA

1) VALIDITA' TEST 12 MESI v. pag. 20 del Disciplinare di Gara

Il possesso dei test con data superiore ai 12 mesi è motivo di esclusione o influisce solo sul punteggio qualitativo?

*Risposta:* La validità dei test resta quella prevista dal Capitolato.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)

MN/

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 517/521

Prot. n. 20110001805  
Cl 02.03.72

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta 3 M.C. srl  
Casella Postale 35  
Ex S.S. 100 Km. 11.200 Z.I.  
70010 CAPURSO (BA)

Fax n. 080 4559 859

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
“DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE” IN UNIONE  
DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 –  
Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento alla vs. e-mail del 10.01.2011 si riporta quanto segue:

*Domanda:*

87 – Rotolo in poliestere e/o polipropilene per sterilizzazione a vapore ed EtO:

l'indicazione dei prezzi posti a base d'asta risultano essere particolarmente bassi, anche in funzione degli stessi espressi nel successivo lotto 89 -- *Rotolo in poliestere e/o polipropilene con soffiato per sterilizzazione a vapore ed EtO.*  
Vi chiediamo di voler confermare l'indicazione dei prezzi esposti e se questi sono indicativi di un rotolo lungo 200 mt (come da indicazioni di capitolato).

*Risposta:* La base d'asta dei lotti 87 e 89 restano invariati.

Domanda:

128 – Camice chirurgico "standard" 4 lacci e 129 – Camice chirurgico rinforzato 4 lacci

#### PREMESSO

- che la scrivente società è leader di mercato nella produzione e commercializzazione di camici chirurgici
- che la scrivente società è fornitrice di Aziende Sanitarie della Regione Basilicata
- che l'art.68 del D.Lgs. 163/2006 – Caratteristiche tecniche –
  - o 2. *Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.*
  - o 7. *...le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.*

#### CONSIDERATO


- che nel Disciplinare di gara all'Art.3 – Caratteristiche tecniche – viene riportato: *“La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime, cui deve corrispondere il materiale richiesto (dispositivi medici), suddiviso per lotti, è quello di cui al Capitolato Tecnico e Prospetto riepilogativo.... Ciascun offerente non potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, salvo che la caratteristica proposta sia superiore a quella riportata nel presente Capitolato”;*
- che nel Capitolato Tecnico vengono evidenziate delle specifiche, nella fattispecie *“...grammatura minima di 50 g/m<sup>2</sup>...”,* che non sono indicative di uno standard qualitativo ma rappresentano uno sbarramento alla libera partecipazione delle imprese alla partecipazione alla gara in oggetto ed al lotto specifico.
- che una grammatura diversa da quella indicata non può essere intesa come un minus/plus rispetto a quanto richiesto, visto che la stessa non è espressione né di qualità né tantomeno di elemento rappresentativo di performance.
- che i criteri di valutazione indicati nello stesso Capitolato Tecnico tengono conto dei dati tecnici specifici e non della grammatura.
- che la norma tecnica di riferimento UNI EN 13795 – *Teli chirurgici, camici e tute per blocchi operatori, utilizzati come dispositivi medici, per pazienti, personale clinico e attrezzature,* non dà indicazioni relative alla grammatura ma alle specifiche performance che i prodotti devono possedere.

#### CHIEDE


che l'indicazione del dato relativo alla grammatura riportata nei succitati lotti 128 e 129 non sia a pena di esclusione ma solo a titolo meramente indicativo;

*Risposta:* L'indicazione del dato relativo alla grammatura riportata nei lotti 128 e 129 resta invariata.

Distinti saluti.



Il Dirigente  
Dr.ssa Maria Eva Taccardi



REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 517/521

Prot. n. 20110001806  
CI 02.03.22

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Betafin spa  
Via Jonio 43

Fax n. 0835 309548  
7510 MATERA

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE” IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 – Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento ai vs. fax del 22.12.2010 e 30.12.2010 si riporta quanto segue:

*Domanda:*

Facendo riferimento alla gara mediante *Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di “Dispositivi Medici per Drenaggi e Dispositivi Protezione” in unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata - Gara n. 590833*, la sottoscritta BETAFIN SPA, chiede quali criteri di definizione siano stati applicati per il calcolo del prezzo unitario posto a base d'asta dei seguenti prodotti:

LOTTO N. 11	Importo unitario a base d'asta	€ 1,83
LOTTO N. 13	Importo unitario a base d'asta	€ 1,00
LOTTO N. 164	Importo unitario a base d'asta	€ 0,65

Le basi d'asta, infatti, rendono critica la formulazione di un'offerta che potrebbe rivelarsi non remunerativa, contrariamente alla disciplina imposta dalla normativa sugli appalti, considerato anche che il prezzo medio attuale dei prodotti in questione, a livello nazionale, risulta essere ben superiore alla quotazione da Voi ipotizzata.

*Risposta:* Gli importi a base d'asta dei lotti 11, 13 e 164 restano invariati.

*Domanda:*

Con riferimento ai LOTTO 155b e 155c, dalla descrizione riportata nel Capitolato Tecnico si evince che la richiesta è relativa due apparecchiature (unità riscaldante Lotto 155b – unità refrigerante Lotto 155c), per cui l'importo posto a base d'asta per ognuno di essi risulta essere notevolmente insufficiente.

Per quanto su espresso chiediamo quindi una revisione delle soglie delle basi d'asta messe a disposizione

*Risposta:* L'importo a base d'asta del lotto 155 resta invariato.

Si precisa che l'aggiudicazione avverrà per lotto e non per singola voce.

*Domanda:*


Con riferimento LOTTO 155c "Unità refrigerante" poiché trattasi di apparecchiatura con un costo elevato e di dimensioni ingombranti, Vi chiediamo la possibilità di non presentarla nel plico contenente i campioni ma di concederla in conto visione al momento della valutazione qualitativa del suddetto Lotto.

*Risposta: Sì*

Distinti saluti.



Il Dirigente  
Dr.ssa Maria Eva Taccardi



REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 - Fax 0835 253 517/521

Prot. n. 20110001807  
Cl 02.03.22

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Betafin spa  
Via Jonio 43

Fax n. 0835 309548  
7510 MATERA

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
"DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE" IN UNIONE  
DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE - Gara n. 590833 -  
Risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento ai vs. fax del 22.12.2010 e 30.12.2010 si riporta quanto segue:


*Domanda:* Con riferimento alla gara in oggetto, al LOTTO 155c) sono richieste n.5 unità refrigeranti all'anno per un totale complessivo di 25 unità per il periodo di 5 anni di durata dell'appalto. Poiché le apparecchiature in questione sono da utilizzarsi nell'ambito della sola Rianimazione, si chiede di rettificare il numero delle macchine in relazione alle 8 Rianimazioni presenti nella Regione Basilicata.

*Risposta:* L'importo a base d'asta del lotto 155 resta invariato.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dr.ssa Maria Eva Taccardi

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Económico e Provveditorato  
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 2000001880  
el. 01.03.22

75100 Matera, 11 GEN. 2011  
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Fax n. 0971 442121

Alla ditta For Hospital srl  
C.da Malvaccaro 68  
85100 POTENZA

**OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
“DISPOSITIVI MEDICI .....” IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE  
SANITARIE DELLA REGIONE.**

Con riferimento al vs. fax del 29.12.2010 si riporta quanto segue:

*Domanda:*

In merito alla Vs. richiesta di campionatura da presentare nella confezione originale di vendita, si fa presente che non è possibile presentare copia di imballo originale per tutti i prodotti presentati, a causa dell'ingombro (si dovrebbero inviare 30/40 pallet di scatole praticamente vuote, con notevole disagio per chi riceve la spedizione e notevole aggravio di costi per chi spedisce) e dell'esistenza di confezioni minime molto più ampie di quelle richieste come campionatura. Al fine di permettere di valutare meglio la campionatura, si chiede di poter allegare le etichette presenti sugli imballi originali di tutti i prodotti presentati, in luogo delle confezioni di vendita.

*Risposta:* Sì. Qualora la confezione di consegna sia grande, allegare almeno la parte ove viene riportata la scritta / etichetta.  
salvo che .

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Eva TACCARDI)