

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 20110047570
Cl 04.03.22

75100 Matera, **12 LUG. 2011**
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta CareFusion Italy 311 srl
Via Ticino 4
50019 **SESTO FIORENTINO (FI)**

Fax n. 055 340025

OGGETTO: Appalto mediante procedura aperta, *ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006, n.163*, per la fornitura di "SISTEMI DI INFUSIONE" PER L'ASM DI MATERA - **gara n. 1007198-risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 6.7.2011 si riporta quanto segue:

1) Domanda:

1) Lotto 6: per quanto riguarda il materiale di consumo indicate soltanto le siringhe; le prolunghine non sono richieste?

Risposta: Si conferma quanto richiesto in capitolato tecnico: si specifica che trattandosi di service la Ditta dovrà fornire il necessario per il funzionamento delle pompe.

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maria Eva Taccardi

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 20110047571
Cl 02.03.22

75100 Matera, 12-7-2011
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Medical Group System srl
Viale dell'Unicef sn
85100 **POTENZA**

Fax n. 0971 59848

OGGETTO: Appalto mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006, n.163, per la fornitura di "SISTEMI DI INFUSIONE" PER L'ASM DI MATERA - **gara n. 1007198-risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 6.7.2011 si riporta quanto segue:

1) **Domanda:**

Nel contenuto della busta "A" viene richiesto al punto E di allegare il certificato UNI EN ISO 9000 della ditta produttrice e/o offerente.

Domanda:

Se la ditta offerente non è in possesso della suddetta certificazione viene esclusa dalla gara?

Si può partecipare presentando solo la certificazione della ditta produttrice?

Se la ditta offerente è in fase di certificazione può allegare un certificato che lo comprovi?

Occorre specificatamente la certificazione UNI EN ISO 9000 o va bene anche la UNI EN ISO 9001?

Risposta: Se la ditta offerente non è in possesso della suddetta certificazione non viene esclusa dalla gara a condizione che la ditta dovrà presentare la certificazione della ditta produttrice e la ditta offerente alleggi documentazione che la stessa è in fase di richiesta della certificazione ISO;

Il certificato di conformità richiesto è UNI EN ISO 9000 o eventuale altro certificato aggiornato.

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maria Eya Taccardi

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 20110047572
CI 01.03.22

75100 Matera, 12 LUG. 2011
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Betafin spa
Viale Ionio 43
75100 MATERA

Fax n. 0835 309548

OGGETTO: Appalto mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006, n.163, per la fornitura di "SISTEMI DI INFUSIONE" PER L'ASM DI MATERA - **gara n. 1007198-risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 4.7.2011 si riporta quanto segue:

1) Domanda:

1. Relativamente al LOTTO n. 2 e al LOTTO n. 4a) tra i criteri di assegnazione del punteggio è richiesto "monitoraggio di pressione in linea e resistenza".
E' possibile partecipare con prodotti aventi solo il monitoraggio in linea?

Risposta: Si conferma quanto riportato in capitolato tecnico.

2) Domanda:

2. Relativamente al LOTTO n. 3 tra il materiale di consumo è richiesto al punto c.2) "set di estensione 150/200 cm a tre vie con valvola di non ritorno e preferibilmente con tappo di sicurezza" tipico delle infusioni TCI.
Vi chiediamo di specificarci se trattasi di refuso di stampa.
Inoltre, nello stesso Lotto, sono richiesti sistemi di alloggiamento modulare con possibilità di ospitare sia pompe siringa che pompe volumetriche.
Le pompe volumetriche in questione sono quelle richieste al Lotto n. 4? Se sì, i Lotti 3 e 4 dovranno essere aggiudicati alla stessa ditta partecipante?

Risposta: Si conferma quanto riportato in capitolato tecnico.

3) Domanda:

3. In riferimento al LOTTO n. 1 e al LOTTO n. 3 Vi preghiamo specificarci se per le stazioni di impilaggio delle pompe sono previsti i carrelli o se dovranno essere quotati come opzionali.

Risposta: La stazione di impilaggio deve essere completa.

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maria Eva Taocardi

REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 20110047574
Cl 02.03.22

75100 Matera, 12 LUG. 2011
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta Cardiogramma srl
Contrada Rio Freddo sn
85100 POTENZA

Fax n. 0971 489906

OGGETTO: Appalto mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006, n.163, per la fornitura di "SISTEMI DI INFUSIONE" PER L'ASM DI MATERA - gara n. 1007198-**risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 29.6.2011 si riporta quanto segue:

Domanda:

1. Nel Capitolato d'Appalto, per la dimostrazione dei Requisiti Oggettivi di Capacità Tecnica e Professionale (art.10) non è richiesto alcun fatturato minimo per gli anni 2008-2009-2010?

Risposta: Il Punto 11 dell'Art. 18 del Capitolato prevede di dichiarare che il fatturato, per forniture oggetto di gara, effettuate negli ultimi tre anni (2008 - 2009 - 2010) sia almeno pari a €.150.000,00 con il rispettivo importo, data e destinatario; *se trattasi di forniture eseguite a favore di amministrazioni o enti pubblici, l'esperienza sarà provata da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, così come prescritto dall'art.10 del Capitolato, se trattasi di forniture erogati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente(Cfr. art.10).*

In caso di raggruppamento temporaneo il predetto requisito, deve essere posseduto, pena l'esclusione, globalmente ed interamente dal raggruppamento e nella misura minima del 60% dalla ditta capogruppo, mentre la restante percentuale, cumulativamente, deve essere posseduta dalla o dalle mandanti (non meno del 40%), fatto salvo il raggiungimento della percentuale minima del 100%, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento;

Domanda:

LOTTO N. 5

2. L'importo complessivo annuo di € 44.000,00 è da considerarsi comprensivo anche del canone del servizio di manutenzione Full-Risk oltre al canone dell'apparecchiatura e il costo del materiale di consumo?
3. Non potendo offrire Pompe di infusione a doppia via, così come da Voi richiesto nel capitolato, è motivo di esclusione?
4. Non essendo specificate, nel Capitolato, le caratteristiche dei Set di infusione come possiamo formulare un'offerta precisa avendo gli stessi Set tipologie diverse e prezzi diversi? E' possibile avere, indicativamente, i quantitativi per le varie tipologie dei Set da voi richiesti?

Risposta: **Risposta al punto 2 : L'importo complessivo annuo è da considerarsi omnicomprendente di tutto quanto richiesto nel capitolato lotto 5**

Risposta al punto 3 e punto 4 : Si conferma quanto richiesto in capitolato lotto 5

Domanda:

LOTTO N. 6


5. L'importo complessivo annuo di € 18.000,00 è da considerarsi comprensivo anche del canone del servizio di manutenzione Full-Risk oltre al canone dell'apparecchiatura e il costo del materiale di consumo?
6. Non essendo specificate, nel Capitolato, le caratteristiche delle Siringhe come possiamo formulare un'offerta precisa avendo le stesse Siringhe tipologie diverse e prezzi diversi? E' possibile avere, indicativamente, i quantitativi per le varie misure delle Siringhe da Voi richieste?

Risposta: **Risposta al punto 5: L'importo complessivo annuo è da considerarsi omnicomprendente di tutto quanto richiesto nel capitolato lotto 6**

Risposta al punto 6: Si tenga conto che l'offerta, anche se dovesse considerare esclusivamente la fornitura delle siringhe al costo più alto, non può superare l'importo a base d'asta .

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maria Eva Taccardi



REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 20110047575
Cl 02.03.22

12 LUG. 2011

75100 Matera,
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta HSC
Via Pietro Micca 80
70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)

Fax n. 080 3269197

OGGETTO: Appalto mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006, n.163, per la fornitura di "SISTEMI DI INFUSIONE" PER L'ASM DI MATERA - gara n. 1007198-**risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 17.6.2011 si riporta quanto segue:

1) **Domanda:**

DOMANDA: E' richiesta la presentazione di una sola BUSTA B con all'interno documentazione suddivisa per ogni lotto partecipato, ovvero tante BUSTE B una per ogni lotto partecipato?
La stessa domanda viene posta in relazione alla BUSTA C.

Risposta: La busta "B" dovrà contenere la documentazione tecnica relativa ad ogni lotto ben suddivisa lotto per lotto.

La busta "C" dovrà contenere l'offerta economica che deve essere ovviamente distinta per ogni lotto.

2) **Domanda:**

DOMANDA: Il prezzo a base d'asta indicato per ciascun lotto, è riferito alle pompe (da fornire in comodato d'uso gratuito ?) o è riferito alla stima del costo del materiale di consumo?

Risposta: Il prezzo a base d'asta comprende tutta la fornitura (pompe da fornire in uso gratuito, assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria, tutto il materiale di consumo richiesto).

3) **Domanda:**

DOMANDA: REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA.

Non essendoci chiaro se il fatturato per forniture analoghe da possedere sia riferito alle sole pompe, al materiale di consumo o ad entrambi, si chiede se sia possibile fornire la riprova di tale requisito, indicando il fatturato esclusivamente riferito al materiale di consumo.

Risposta: Il fatturato, per forniture oggetto di gara, effettuate negli ultimi tre anni (2008 - 2009 - 2010) sia almeno pari a €150.000,00 con il rispettivo importo, data e destinatario; se trattasi di forniture eseguite a favore di amministrazioni o enti pubblici, l'esperienza sarà provata da certificati rilasciati e vistati dalle

amministrazioni o dagli enti medesimi, così come prescritto dall'art.10 del Capitolato, se trattasi di forniture erogati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente(Cfr. art.10).

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maria Eva Taccardi



REGIONE BASILICATA



Unità Operativa Economato e Provveditorato
Telefono 0835 253 518 – Fax 0835 253 521/522

Prot. n. 201100/17530
CI 01.03.22

75100 Matera, 12 LUG. 2011.
Partita IVA e Cod. Fisc. 01178540777

Ditta HSC
Via Pietro Micca 80
70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)

Fax n. 080 3269197

OGGETTO: Appalto mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006, n.163, per la fornitura di "SISTEMI DI INFUSIONE" PER L'ASM DI MATERA - gara n. 1007198-**risposta ai chiarimenti.**

Con riferimento al vs. fax del 11.7.2011 si riporta quanto segue:

1) Domanda:

DOMANDA: LOTTO N.2 E N.4 CAMPIONATURA MATERIALE DI CONSUMO: "Set d'infusione compatibili con le pompe, vasta gamma, per la somministrazione dei prodotti sopra elencati con accesso preferibilmente con tappo sulla seconda via".

DOMANDA: Cosa si intende per " VASTA GAMMA", ampia gamma di prodotti? E se così, che tipo di campionatura va presentata? Un pezzo per tipo?

DOMANDA: Cosa si intende con TAPPO SULLA SECONDA VIA?

Risposta: Per vasta gamma si intende che i set devono essere compatibili con i prodotti da somministrare, ivi compresi i farmaci fotosensibili .
Per campionatura bisogna presentare almeno un pezzo per tipo (salvo diversamente richiesto nel disciplinare di gara)

" cosa si intende per tappo sulla seconda via ? "
Si conferma quanto già riportato in capitolato tecnico

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maria Eva Taccardi