

DOMANDA 1

Buongiorno,

si chiede la cortesia di specificare la quantità richiesta poichè sul capitolato sono indicati 1.200.000 pz mentre nel file "allegato 2 caratt. min. e quant. rich". sono richiesti 400.000 pz. in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA 1

Si ringrazia per la segnalazione, per mero errore di caricamento erano stati pubblicati il

- DISCIPLINARE e
- l'Allegato 1 Capitolato Tecnico Prestazionale

di un'altra RDO pubblicata sempre nella giornata di ieri.

Pertanto al fine di non ingenerare confusione sono stati eliminati i 2 documenti errati e sostituiti con quelli corretti, ora in formato PDF.

I documenti attualmente presenti sono quindi quelli corretti e si prega tener conto solo di quest'ultimi.

DOMANDA 2

la presente per chiedere la "destinazione clinica" degli elettrodi.

RISPOSTA 2

Gli elettrodi saranno a destinati per la Risonanza magnetica

DOMANDA 3

Si chiede di specificare se l'elettrodo richiesto dallo psettabile ente debba avere gel liquido o gel solido

RISPOSTA 3

Sono richiesti preferibilmente elettrodi che abbiano gel solido.

DOMANDA 4

si chiede cortesemente di indicare se gli elettrodi richiesti saranno utilizzati per pazienti adulti o pediatrici e di specificare le misure.

RISPOSTA 4

Sono richiesti elettrodi per pazienti adulti, aventi indicativamente misura 42X45 mm.

DOMANDA 5

Essendo stato richiesto un solo elettrodo chiediamo conferma che esso debba avere destinazione d'uso adulti/pediatrico e che per ovvi motivi di tale indicazione sia data evidenza su scheda tecnica e confezione di vendita.

RISPOSTA 5

Vedi risposta 4