

Matera, 30.06.2025

Spett.LI Operatori Economici

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

Quesito n° 1

E' possibile esprimere la sensibilità relativa ai quattro virus in unità di misura scientificamente valide e appropriate non interconvertibili (copie/ml; TCID50/ml; FFU/ml)?

RISPOSTA:

Si, è possibile esprimere la sensibilità relativa ai quattro virus in unità di misura scientificamente valide e appropriate non interconvertibili (copie/ml; TCID50/ml; FFU/ml).

Quesito n° 2

Nel criterio di valutazione 2 viene riportata l'assegnazione del seguente punteggio: 4-8 test 5 punti / 8-12 test 10 punti. All'eventuale offerta di 8 test verranno quindi assegnati 5 o 10 punti

RISPOSTA:

Nel criterio di valutazione 2 l'assegnazione del punteggio deve essere interpretata come segue: 4-7 test: 5 punti / 8-12 test: 10 punti. All'eventuale offerta di 8 test verranno offerti quindi 10 punti.

Quesito n° 3

E' possibile corredare da traduzione semplice in lingua italiana (prodotta dall'operatore economico) e relativa dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che ne attesti la conformità alla lingua originaria, eventuale documentazione in lingua straniera (inglese), soprattutto considerando documenti come dichiarazioni di conformità CE redatte da Casa Madre, certificazioni CE ed ISO.?

RISPOSTA:

SI, è possibile

Quesito n°4

è possibile di presentare le dichiarazioni di conformità CE redatte da Casa Madre, certificazioni CE ed ISO redatte da organismo notificato esterno e bibliografia direttamente in lingua originale (lingua inglese) corredate da dichiarazione resa dalla ditta concorrente, in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riportante che la strumentazione ed i reagenti offerti sono conformi alla normativa vigente.

RISPOSTA:

SI, è possibile

Si comunica che il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte sarà differito dal 07.07.2025 al 14.07.2025.

Cordialmente

IL RUP