



Spett.LI Operatori Economici

Matera, 25.06.2025

### RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI

#### ***Quesito n° 1***

Si prega di confermare che la specifica "...1 kit pericardiocentesi monouso completo di aghi seldinger diverse lunghezze compatibile con guida 0.35 o 0.38..." sia un refuso dal momento che nella descrizione prodotto viene già richiesto "un ago da 18G lunghezza 7 cm".

***RISPOSTA:*** Il refuso è Ago 18G 7 cm, la specifica corretta è "1 kit pericardiocentesi monouso completo di aghi seldinger diverse lunghezze compatibile con guida 0.35 o 0.38."

Cordialmente

IL RUP