

Matera, 26.02.2025

Spett.LI Operatori Economici

RDO 5115597 KIT DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE – N. 7 LOTTI

RISPOSTA CHIARIMENTI PERVENUTI

Quesito n° 1

Si chiedono i seguenti chiarimenti relativamente al LOTTO N. 5 Determinazione della traslocazione t (9;22) BCR-ABL

- Si chiede di specificare il numero di sedute anno
- Si chiede se la fornitura di strumentazione, consumabili monouso e programmi VEQ è da intendersi anche per il lotto 5

Risposta: si eseguono tre sedute al mese

Quesito n° 2

Chiediamo cortesemente di specificare se le richieste indicate a pagina 4 del Capitolato e che riportiamo di seguito:

"I kit dei lotti messi in gara devono essere, a pena di esclusione, comprensivi di:

- *Reagenti per l'esecuzione dei test.*
- *Strumentazione in service comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuali aggiornamenti tecnologici.*
- *La fornitura deve inoltre comprendere materiale monouso e quanto altro necessario per la corretta esecuzione delle indagini diagnostiche per i lotti sopra elencati. Inoltre, la ditta vincitrice dovrà fornire i kit necessari per l'estrazione degli acidi nucleici da sangue venoso.*
- *La ditta offerente dovrà includere, pena esclusione, i controlli, i calibratori ed i consumabili per l'esecuzione del numero di sedute indicate, tenendo conto della quota reagente richiesta per l'esecuzione dei controlli e delle eventuali calibrazioni richieste.*

SI PRECISA che, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, dove previsto, anche l'iscrizione ai programmi di valutazione per la qualità esterna (ISS, UK-NEQAS, ecc.) per l'intera durata della fornitura."

Sono da considerarsi per tutti i lotti, in quanto ci risultano specifiche per solo alcuni di essi. Chiediamo inoltre di specificare anche se la strumentazione in service è richiesta per tutti i lotti della presente RDO

Risposta:

- I reagenti per l'esecuzione dei test devono essere forniti.
- La strumentazione non deve essere fornita.
- La fornitura deve comprendere materiale monouso.

- La ditta vincitrice non dovrà fornire i kit necessari per l'estrazione degli acidi nucleici da sangue venoso.
- La ditta offerente dovrà includere, pena esclusione, eventuali controlli e calibratori.
- La ditta aggiudicataria NON dovrà assicurare, dove previsto, anche l'iscrizione ai programmi di valutazione per la qualità esterna (ISS, UK-NEQAS, ecc.) per l'intera durata della fornitura."

Quanto suddetto è da considerarsi per tutti i lotti

Quesito n° 3

si chiede di specificare per quali prodotti della presente procedura sono richieste le VEQ

Risposta:

le VEQ non sono richieste per nessun lotto, trattasi di refuso.

Cordialmente

IL RUP