

## **DOMANDA 1**

Trattandosi di Bilevel, Si chiede conferma che per circuito mono-tubo e valvola respiratoria si intendono qualsiasi sistema che permetta la normale espirazione degli assistiti (es. valvole espiratorie, maschere con fori, Wisper Swivel, ecc. ).

## **RISPOSTA 1**

Si conferma.

## **DOMANDA 2**

**2.1** all'art. 12 del Disciplinare di gara, pag. 12, si indica "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana" e all'art. 13 sempre del Disciplinare, pag. 15, si riporta "I documenti sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge". Vogliate gentilmente confermare che la documentazione attestante la conformità dei dispositivi offerti alle normative vigenti possa essere esibita in lingua originale posto che, come da consuetudine, la stessa viene rilasciata dai Fabbrianti unicamente nella lingua ufficiale impiegata per questo tipo di documenti e, quindi, in quella inglese. La richiesta di traduzione in lingua italiana (oltretutto se "traduzione giurata") arrecherebbe notevoli difficoltà alle ditte partecipanti, aggravando inutilmente la quantità di documentazione da presentare;

**2.2** all'interno della "Documentazione amministrativa" (punto A.9, lettera e) si richiede la presentazione della "Dichiarazione attestante che le apparecchiature fornite sono nuove di fabbrica". Preme sottolineare che tale richiesta, inserita in una fornitura in noleggio, non conduce ad alcun vantaggio per la Vostra Stazione appaltante ed è oltremodo onerosa per gli operatori economici sia a livello economico che gestionale. Si evidenzia, inoltre, che il processo di ricondizionamento delle apparecchiature è certificato e scientificamente approvato e che, pertanto, i presidi ricondizionati equivalgono a quelli nuovi di fabbrica. Chiediamo quindi di confermare che sia possibile fornire anche device ricondizionati e che non sia pertanto necessario inserire la dichiarazione sopra citata;

**2.3** all'art. 14 del Disciplinare di gara "Contenuto della "busta Offerta Economica" si richiede, sia per le apparecchiature che per i materiali di consumo, l'indicazione del prezzo di listino e della percentuale di sconto concessa. Si precisa in proposito che, trattandosi di "fornitura in service", non è possibile indicare il prezzo di listino e lo sconto applicato; vogliate pertanto confermare che trattasi di refuso e che tali dati non debbano essere indicati. Resta inteso che verranno invece riportati, sia per le apparecchiature che per i materiali, le relative descrizioni e i relativi codici prodotto/confezionamento;

**2.4** si chiede gentilmente di confermare che la presente procedura di gara non è una procedura finanziata con fondi del PNRR.

## **RISPOSTA 2**

**2.1** Sarà accettata documentazione dei Fabbrianti in lingua Inglese, saranno escluse quelle in altra lingua .

**2.2** Come richiesto dalla documentazione di gara ( art. 13 punto A.9, lettera del Disciplinare) si richiede la presentazione della "Dichiarazione attestante che le apparecchiature fornite sono nuove di fabbrica", gli operatori dovranno altresì offrire materiale di consumo nuovo.

**2.3** gli Operatori economici dovranno indicare il prezzo giornaliero per il noleggio omnicomprensivo, sono altresì utili tutte le indicazioni inerenti i costi relativi sia ai devices che al materiale di consumo. Vedi anche risposta al quesito 3.7

**2.4** la presente procedura di gara non è una procedura finanziata con fondi del PNRR

### DOMANDA 3

**3.1** Si chiede di confermare che i giustificativi dell'offerta contenuti nell'allegato 2 non siano da compilare in fase di presentazione dell'offerta, ma solamente in fase di aggiudicazione nel caso in cui l'offerta sia risultata anomala.

**3.2** L'art. 14 del disciplinare di gara prevede che il prezzo di noleggio/service si intende comprensivo del ventilatore in service per 24 mesi. Si chiede di confermare che la durata della procedura è pari a 12 mesi, con la sola facoltà del Vs spettabile Ente di proroga per ulteriori 12 mesi.

**3.3** Si chiede di confermare che la base d'asta sia pari ad € 91.980,00 e che, dunque, l'importo di € 183.960,00 come indicato all'art. 1 del disciplinare ricomprenda sia la base d'asta su cui formulare l'offerta sia l'opzione di proroga annuale di ulteriori 12 mesi.

**3.4** Si chiede di confermare che il valore indicato in piattaforma (€ 220.752,00) sia relativo all'importo complessivo massimo stimato, comprensivo di proroga e opzione, essendo la base d'asta per la durata di un anno pari ad euro 91.980,00. Si chiede inoltre di confermare che l'offerta sia da formulare su base annua.

**3.5** L'art. 13 del disciplinare richiede di allegare nella busta amministrativa la certificazione UNI EN ISO 9000. Si chiede di indicare in quale slot presente in piattaforma debba essere inserita la certificazione, o se tale documento possa essere inserito nello slot riservato alle schede tecniche.

**3.6** Si chiede di chiarire se l'apparecchiatura oggetto di gara debba avere una batteria integrata.

**3.7** Nella sezione "Offerta" della piattaforma viene richiesto il caricamento nella busta economica del seguente documento: "BUSTA ECONOMICA - VEDI ART. 14 del DISCIPLINARE". Si chiede di chiarire se tale documento debba contenere le seguenti informazioni richieste dall'art. 14 del disciplinare:

· *per le apparecchiature: Descrizione, Codice prodotto, Canone di noleggio e Canone di assistenza tecnica (per le voci di costo dettagliare: prezzo di listino, percentuale di sconto concessa e prezzo offerto ivi compresa il costo della funzione di umidificazione se in aggiunta al dispositivo principale);*

· *per i materiali di consumo: Descrizione, Codice prodotto, Confezionamento, Quantità offerte, Costo/test, Costo/confezione (per le voci di costo dettagliare: prezzo di listino, percentuale di sconto concessa e prezzo offerto).*

### RISPOSTA

**3.1** Si conferma che i giustificativi di cui all'ultima parte pag. 4 dell'allegato 2 sono da compilarsi in fase di aggiudicazione nel caso in cui l'offerta sia risultata anomala.

L'allegato 2 è da compilarsi in ogni altra sua voce in fase di presentazione dell'offerta sia relativamente al prezzo massimo di aggiudicazione rispetto alla base d'asta è pari ad € 220.752,00 comprensivo anche della opzione di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 che al costo giornaliero di noleggio canone giornaliero unitario a (BASE D'ASTA € 3,60) e va prodotto debitamente firmato.

**3.2** Si conferma la possibilità della proroga, salva l'opzione di cui al comma 9 dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023

**3.3 e 3.4** Si conferma quanto visto alla vostra domanda 3.3. Si rammenta l'art. 3 dell'Allegato 1 "Capitolato Prestazionale", che recita "La durata della servizio è di mesi 12 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e riguarderà esclusivamente le attivazioni a seguito di nuove prescrizioni, il detto periodo sarà prorogabile per ulteriori mesi 12 ove non fosse intervenuta l'aggiudicazione da parte della corrispondente procedura da parte della SUA-RB." e si specifica che l'importo totale della base d'asta è pari ad € 220.752,00, comprensivo anche della opzione di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che sarà il valore a cui gli OO.EE. dovranno far riferimento nel quantificare la loro offerta, salva comunque la facoltà per l'ASM

di interrompere in qualsiasi momento la fornitura in caso di attivazione dell'affidamento della corrispondente procedura da parte della SUA-RB.

L'indicazione di tale valore onnicomprensivo (€ 220.752,00) è dettata dalla procedura MEPA e PCP(ANAC) ai fini di una corretta indicazione in sede aggiudicazione del valore economico affidato nonché di rendicontazione della spesa, di questa azienda sanitaria, nella fase di svolgimento dell'affidamento.

Si precisa inoltre che gli OO.EE. devono anche indicare il costo giornaliero di noleggio (canone giornaliero unitario a BASE D'ASTA € 3,60), considerato che all'art. 2 dell'allegato 1 si specifica che : **“Sarà corrisposto esclusivamente il canone relativo ai giorni di effettivo utilizzo dell'apparecchiatura da parte del paziente assegnatario, previa regolare attestazione dell'Ufficio competente.”**

**Tale valore è il reale valore di confronto economico tra le offerte.**

**3.5** può essere inserito in qualsiasi slot relativo alla documentazione amministrativa e tecnica che è stato appositamente creato per la detta documentazione.

**3.6** l'apparecchiatura oggetto di gara non deve avere necessariamente una batteria integrata.

**3.7** Si precisa che *“BUSTA ECONOMICA - VEDI ART. 14 del DISCIPLINARE”* *“BUSTA ECONOMICA - VEDI ART. 14 del DISCIPLINARE”* non è un documento bensì uno slot in cui poter inserire tutte le voci che compongono il prezzo come richiesto dall'art. 14 del Disciplinare.

Gli Operatori economici dovranno indicare necessariamente il prezzo giornaliero per il noleggio onnicomprensivo, sono altresì utili tutte le indicazioni inerenti i costi relativi sia ai devices che al materiale di consumo

#### **DOMANDA 4**

Viste le caratteristiche tecniche del dispositivo richiesto (Volume garantito, possibilità di circuito con valvola espiratoria, umidificatore incluso, praticamente è richiesto un ventilatore polmonare Pressure Support), il kit di consumabili previsto, il servizio di assistenza full-risk e la "disponibilità ad assistenza specialistica in remoto da parte di personale della DA opportunamente formato (product specialist) nell'analisi e lettura dei risultati: tutti i giorni, inclusi festivi dalle 8:00 alle 20:00", riteniamo che la base d'asta prevista dalla S.A. sia insufficiente a garantire quanto richiesto nel capitolato tecnico. Si chiede, pertanto, di verificare e di rettificare la base d'asta oppure di ridimensionare le richieste da includere nel prezzo offerto.

#### **RISPOSTA 4**

Non si ritiene la base d'asta non congrua.

#### **DOMANDA 5**

all'art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale, pag. 7, si riporta in più punti che la consegna dei beni offerti dovrà essere effettuata presso il Magazzino, mentre a pag. 8 si riporta invece che le apparecchiature e i relativi accessori dovranno essere installati al domicilio del paziente oppure presso il centro ospedaliero prescrittore (o di riferimento). Vogliate cortesemente confermare che per l'esecuzione del servizio oggetto di gara valgono le prescrizioni indicate a pag. 8, 9 e 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale, sezione "Servizio".

#### **RISPOSTA 5**

Per l'esecuzione del servizio oggetto di gara valgono le prescrizioni indicate a pag. 8, 9 e 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale, sezione "Servizio", trattandosi di servizio con consegne domiciliari.