

## CHIARIMENTI

Si precisa che le micropipette devono essere compatibili con i puntali attualmente in dotazione presso l'ASM COD MCMPLA001 ed MCMPLA002 (puntali senza filtro sterili in rack con coperchio) e presentare marchio CE di conformità alle direttive europee applicabili all'oggetto di gara.