

RISPOSTE AI CHIARIMENTI RDO 4101428

DOMANDA 1

Lotto 3 -Vengono richieste. Si dice “**ruote fisse** medie in posizione posteriore” e poco oltre “**ruotine di transito** (... consentono il movimento con **le ruote grandi estratte**)”: che tipologie di ruote bisogna offrire'

RISPOSTA 1

Con riferimento al **LOTTO 3** l'ausilio da proporre deve rispettare i requisiti previsti dai LEA 2017 di cui all'allegato 5, elenco 2B, COD. n. 12.22.18.003, così come richiesto nel capitolato tecnico del lotto in questione.

DOMANDA 2

in merito al lotto 4 , chiedete " varie misure con variazione di larghezza"

Considerate le misure disponibili delle sedute, 48 - 53 - 58 - 63, si chiede di voler meglio precisare le misure da offrire

RISPOSTA 2

Con riferimento al **LOTTO 4** l'ausilio da proporre deve rispettare i requisiti previsti dai LEA 2017 di cui all'allegato 5, elenco 2A, COD. n. 12.22.18.015. In particolare le dimensioni della seduta dell'ausilio in questione devono prevedere una larghezza da almeno 50 a 60 cm con una portata massima di almeno 200 kg.

DOMANDA 3

Con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti in merito alla fornitura del lotto n.1 della RDO in oggetto:

Quali sono i dettagli tecnici per le forniture da voi richieste?
Per dettagli tecnici intendiamo: misura della seduta (in cm), portata massima (in kg).

RISPOSTA 3

Con riferimento al **LOTTO 1** è richiesta una larghezza della carrozzina da 40 a 48 con una portata minima di Kg. 120. Le ulteriori migliorie circa le misure, ampiezza della gamma, maggiore portata e minor peso degli ausili saranno valutati dalla Commissione di gara.