



U.O.C. Provveditorato e Economato

Tel.: 0835/252405

e-mail: provveditorato@asmbasilicata.it;

pec: uo.economato.provveditorato@pec.asmbasilicata.it

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE di GUAINA COPRISONDA MONOUSO PER SONDE ECO TRANSESOFA GEO” - RDO n. 4799713 –
Risposte ai chiarimenti del 11.11.2024

Quesito 1.

- è prevista una tolleranza sulle misure indicate?

- Si chiede di specificare se oltre alla guaina coprisonda è richiesto anche boccaglio, paradenti e siringa preriempita di gel conduttore”.

Risposta

- I coprisonda devono rispettare le seguenti misure: 4,6-2,5 X 122 cm circa;
- I coprisonda devono essere dotati di siringa con gel ed essere in poliuretano e sterili.

Quesito 2

A pag. 10 del disciplinare di gara, nella colonna "descrizione fornitura", si richiede campionatura di almeno tre pezzi.

Nell'art. 20, 4° capoverso, si legge: "Se del caso, la Stazione Appaltante può richiedere anche la campionatura per verificare l’effettiva conformità tecnica dell’offerta. L’Onere dell’inizio della campionatura sarà a totale carico del concorrente. La campionatura dovrà essere consegnata tassativamente entro il termine assegnato, non inferiore a 5 giorni”.

La domanda è: la campionatura va mandata in occasione della formulazione dell’offerta e quindi ovviamente prima della scadenza della gara, oppure va inviata eventualmente in seguito su richiesta della stazione appaltante?

Risposta

La campionatura andrà inviata a seguito di espressa richiesta della S.A. nei tempi e nei modi previsti dagli atti gara.