

REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA DI MATERA



**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CAMPIMETRO A CUPOLA DA
DESTINARE ALL’U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O. DI POLICORO**

ALLEGATO N. 1

**SCHEMA DI CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI
MINIME DEI DISPOSITIVI MEDICI RICHIESTI**

Art. 1.- Oggetto della fornitura

L'oggetto della fornitura è costituito **da n. 1 campimetro a cupola da destinare all'U.O.C di Oculistica del P.O. di Policoro (in opzione n. 1 campimetro a cupola da destinare all'U.O.C di Oculistica del P.O. di Matera).**

Sono incluse nella fornitura anche le attività di installazione e formazione, garanzia di 24 mesi.

Sono incluse nella fornitura assistenza tecnica di tipo full-risk, materiale di consumo necessario per la messa in uso, le attività di installazione, collaudo e formazione.

Al fine di poter saggiare direttamente le caratteristiche e le funzionalità dei prodotti offerti, si ritiene utile prevedere una sessione dimostrativa (DEMO) per valutare le potenzialità dei dispositivi offerti – se richiesta dalla Commissione. Si riassumono nel seguito gli aspetti salienti relativi a detta fase procedurale:

- 1) La fase dimostrativa è obbligatoria – se richiesta dalla Commissione.;
- 2) La fase dimostrativa sarà svolta nei locali della formazione del P.O. Madonna delle Grazie di Matera o altro luogo individuato dalla SA e comunicato per tempo;
- 3) Sarà individuato un Responsabile della logistica per le attività dimostrative;
- 4) La comunicazione relativa allo svolgimento della fase dimostrativa sarà data mediante sistema MePA o posta elettronica certificata alle ditte partecipanti con almeno 7 giorni di preavviso. La stessa indicherà la data, l'ora e la sede in cui effettuare la fase dimostrativa;
- 5) Nel giorno fissato per lo svolgimento della demo, tutti gli operatori che hanno presentato offerta saranno messi a confronto. Nell'esposizione sarà seguito l'ordine di arrivo delle ditte. Verrà chiesto loro di illustrare, alla presenza degli altri concorrenti, le funzionalità dei sistemi offerti, in modo da poter verificare quanto di seguito indicato:
 - a. Rispondenza ai requisiti minimi richiesti;
 - b. Performance dei sistemi offerti, correlandole in particolare ai criteri di attribuzione dei punteggi individuati, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice una valutazione esaustiva ed oggettiva rispetto alle caratteristiche esemplificate nella griglia di valutazione.

Si specifica che durante la fase dimostrativa non saranno effettuate valutazioni di carattere tecnico e che la commissione giudicatrice procederà ad effettuare la valutazione e ad attribuire i punteggi successivamente, in seduta riservata. Sarà onere della commissione giudicatrice garantire il mantenimento della riservatezza di informazioni coperte da brevetto e/o da segreto industriale.

Art. 2.- Caratteristiche della fornitura

L'oggetto della fornitura è costituito **da n. 1 campimetro a cupola da destinare all'U.O.C di Oculistica del P.O. di Policoro (in opzione n. 1 campimetro a cupola da destinare all'U.O.C di Oculistica del P.O. di Matera)** con le caratteristiche preferenziali di seguito indicate:

1. Apparecchiatura nuova di fabbrica;
2. Strumento preferibilmente con tecnologia "all in one": monitor touch screen e computer integrati,
3. Perimetria a proiezione secondo Goldmann con mire |-I-II-V-V e campo di analisi o da 0° a 90° temporali,
4. Perimetria acromatica: stimolo bianco su fondo bianco,
5. Programmi preimpostati di soglia e screening.
6. Programmi customizzabili da parte dell'operatore,
7. Software specifico per lo studio della progressione del glaucoma,
8. Monitoraggio del vertice corneale del paziente, con correzione automatica tramite mentoniera motorizzata. o Funzione che consenta di valutare la corretta esecuzione dell'esame, visualizzando le immagini dell'occhio del paziente acquisite durante la proiezione di ogni singolo stimolo,
9. Preferibilmente lente integrata nello strumento, con potere diottrico variabile, per la correzione delle ametropie dell'occhio da esaminare, per evitare l'uso delle classiche lenti correttive,
10. Trasferimento delle immagini in rete tramite modulo DICOM completo (worklist, transmit, etc),
11. Lo strumento deve essere completo di stampante a colori formato A4 e tavolo a sollevamento motorizzato utilizzabile anche con pazienti disabili,
12. Dotato di tutti gli accessori (cavi, connettori, alimentatore, carica-batteria, etc) necessari per il corretto, sicuro ed immediato funzionamento e per l'esecuzione degli esami così come specificato ai punti precedenti,
13. Conforme alla normativa vigente, ovvero al Regolamento 745/2017 o, ove possibile e tecnicamente equivalente, alla direttiva 93/42 CEE,
14. In opzione descrivere anche le altre funzioni disponibili.

La fornitura dovrà includere, per ciascun dispositivo, il materiale di consumo necessario per il collaudo e per l'avvio dell'impiego iniziale delle attrezzature.

Durata minima della garanzia: 24 mesi

In opzione: fornitura di n. 1 campimetro a cupola di pari caratteristiche per l'U.O.C. di Oculistica del P.O. di Matera

Nota: la presentazione di offerta in gara implica l'accettazione integrale di tutte le condizioni indicate.