

Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA per l'affidamento della fornitura annuale mediante contratto "Ponte" di guanti monouso in nitrile non sterili senza polvere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023

RdO n. 6034443 – CIG BA46AB6C21

CHIARIMENTI DEL 12/02/2026

- 1. DOMANDA n. 1:** *Si chiede di specificare il colore e la grammatura richiesta per ogni singolo guanto.*

RISPOSTA n. 1: *Vista la destinazione d'uso medicale del guanto, il colore **deve essere blu**, tale da poter permettere un buon contrasto con pelle e sangue e per poter facilmente individuare rotture o contaminazioni.*

Il peso accettato, al fine di garantire una sicurezza d'uso in ambito ospedaliero, può essere di 3,5 o 4,5 gr. con una tolleranza del 5%
- 2. DOMANDA n. 2:** *Come da oggetto richiediamo chiarimenti in merito a grammatura, resistenza chimica, tipo di somministrazione, certificazione medica e AQL.*

RISPOSTA n. 2: *Il peso accettato, al fine di garantire una sicurezza d'uso in ambito ospedaliero, può essere di 3,5 o 4,5 gr. con una tolleranza del 5%*

L'AQL deve essere minore o uguale a 1,5. Si rinvia alle norme di riferimento EN-374 e EN 455 .

L'uso del guanto deve essere medicale (Esaminazione, procedure terapeutiche, manipolazione di materiale medico contaminato ed altre pratiche d'uso ospedaliere), come tale deve rispettare le normative e le certificazioni richieste nell'allegato 1 "Capitolato Tecnico Prestazionale"
- 3. DOMANDA n. 3:** *Chiediamo conferma che nella compilazione dell'allegato 2 "dichiarazione di offerta economica" possa essere omessa la parte relativa al dettaglio dei giustificativi che hanno determinato l'importo offerto. resta naturalmente inteso che saranno presentati in sede di verifica anomalia offerta se del caso.*

RISPOSTA n. 3: *Si conferma l'obbligo di compilare in tutte le sue parti l'allegato 2 "Dichiarazione di offerta economica" al momento della presentazione dell'offerta*
- 4. DOMANDA n. 4:** *La presente per chiedere una stima delle consegne che andrete ad effettuare durante i 12 mesi*

RISPOSTA n. 4: *Si stimano consegne a cadenza mensile per ciascun P.O. dell'ASM di Matera*
- 5. DOMANDA n. 5:** *Visti gli aggiornamenti e i chiarimenti pervenuti in corso d'opera, verra' prevista una breve proroga dei termini di scadenza della rdo?*

RISPOSTA n. 5: *Ai sensi dell'art. 92. c.2, lett. a) del D.LGs 36/2023, devono intercorrere almeno 7 giorni tra il riscontro ai chiarimenti e il termine ultimo di presentazione delle offerte.*

Per la presente procedura il termine di presentazione delle offerte è fissato al 20/02/2026, oltre i 7 giorni minimi previsti dal Codice.